

ALERTA FARMACÉUTICA 318/2024

Alerta de vigilancia/control de productos sanitarios

Se notifica la siguiente alerta remitida por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios:

Producto: <ul style="list-style-type: none">Sistemas de implantes dentales UNIQA: Implantes dentales, pilares dentales y superestructuras
Fabricante: UNIQA Dental Ltd. 2 Ha-Tsoran , Netanya, Israel
Representante europeo: Arazy Group GmbH, Hessen, Alemania
Asunto: Detección en el mercado europeo de un certificado de marcado CE falsificado
Información adicional: Datos del certificado CE falsificado: <ul style="list-style-type: none">- Organismo Notificado y nº de identificación: MDC Medical Device Certification GmbH (0483)- Número de certificado: 0483/D1437000001- Fabricante: UNIQA Dental Ltd- Producto: Sistemas de implantes dentales UNIQA: Implantes dentales, pilares dentales y superestructuras- Fecha de emisión: 18 de febrero de 2023- Fecha de caducidad: 18 de febrero de 2028 <p>El Organismo Notificado MDC Medical Device Certification GmbH si emitió un certificado con el mismo número, para el mismo fabricante y mismos productos, pero con fecha de caducidad del 18 de febrero de 2023. En el certificado falsificado aparece indicado que el certificado es válido hasta el 18 de febrero de 2028.</p>
Documentos: 2024-04-29 NI final.pdf

Pamplona, a 30 de abril de 2024

LA JEFA DE LA SECCIÓN DE ORDENACIÓN E INSPECCIÓN FARMACÉUTICA



Fdo: Concepción Elverdin Garcés